

AN EXTERN (Niedergelassene Ärzte)

Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel GmbH
Institut für Laboratoriumsmedizin
Hochstraße 29, Haus 6 - 14770 Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel, den 06.10.2025

Laborinformation 09/2025
Informationen zu Messungenauigkeiten am 10.09.2025

Sehr geehrte Kolleginnen,
sehr geehrte Kollegen,

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass es am **Mittwoch, den 10.09.2025** aufgrund von technischen Problemen an einem Analysensystem teilweise zu Messungenauigkeiten gekommen ist.

Davon betroffen waren Messergebnisse für Kreatinin (und folglich auch teilweise die berechnete GFR), Harnstoff, sowie Albumin. In geringem Ausmaß betraf es auch Analysenwerte der Fettstoffwechselfparameter (Gesamt-Cholesterin, HDL-, LDL- Cholesterin, Triglyceride), die möglicherweise nicht die gewohnte Zuverlässigkeit aufwiesen. Die Auswirkungen sind derart, dass die betroffenen Laborwerte zu niedrig gemessen wurden.

Die Ursachen wurden identifiziert sowie entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um eine derartige Situation in Zukunft zu vermeiden.

Sollten Ihnen für den genannten Zeitraum unplausible Messergebnisse der betroffenen Parameter aufgefallen sein, so wäre ggfs. eine erneute Kontrolle zu empfehlen.

Wir bitten höflichst um Ihr Verständnis und stehen Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen



Dr. med. M. Tregel
Ltd. Oberarzt / Kommissarisch ärztliche Leitung